



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALI

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5106/2022

Nº Edital: 51/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data: 22/08/2022

Horário: 09:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS).

Tipo de Benefício: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativa

Item	Produto	Und.	Qtd	Vi. Estimado	Vi. Total
1	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO C/ PISTÃO	UN	2,00	18.768,0000	37.536,00
Descr:	CSV20ISENTO/250 80a120PSI INT. TRIF. IP21 5CV 220V 2P 60Hz COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - COMPRESSOR DE AR DE PISTÃO ISENTO DE ÓLEO CSV 20 / 250. DETALHES ADICIONAIS POTÊNCIA DO MOTOR 5 HP POTÊNCIA DE MOTOR 3,7 KW VOLUME DO RESERVATÓRIO 261 L PESO LÍQUIDO (KG) 238 PESO BRUTO (KG) 262 DIMENSÃO L X A X C (MM) 540 X 1020 X 1700 VOLTAGEM 220 V (TRIFÁSICO) NÚMERO DE POLOS 2 DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/MIN) 566 DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM) 20 PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (LBF/POL²) 120 PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR) 8,3 PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (LBF/POL²) 80 PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR) 5,5 UNIDADE COMPRESSORA (Nº DE ESTÁGIOS) 2 UNIDADE COMPRESSORA (Nº DE PISTÕES) 2 - V VOLTAGEM 220V OU 380V (BIFÁSICO) NÍVEL DE RUÍDO (DB A) 89 REFERÊNCIA: SCHULZ. SERÃO CONSIDERADAS ESPECIFICAÇÕES COMPATÍVEIS, EQUIVALENTES OU SUPERIORES. UNITÁRIO				

Valor Global 37.536,00